ColorFlex® Guía de inicio rápido de EZ Tomato

A60-1016-345 ver. 1.0



The world's true measure of color

HunterLab

A CONFIGURACIÓN DEL INSTRUMENTO

1. Conecta el adaptador de CA al puerto de la izquierda situado en la parte trasera del sensor ColorFlex EZ Tomato.



2. Enchufa el cable de alimentación a una toma de corriente.



3. Si vas a utilizar una impresora u otro dispositivo USB, conéctalo a uno de los dos puertos USB situados en el lateral del ColorFlex EZ.



4. Enciende el ColorFlex EZ Tomato pulsando el botón **GO** ( ) del teclado.




Ahora tu instrumento está listo para la estandarización.

5. (Opcional) Uso del software de control de calidad EasyMatch de HunterLab para controlar el ColorFlex EZ Tomato


Conecta el cable USB desde el conector Mini-B trasero del ColorFlex EZ a un puerto USB estándar del ordenador. Inicia EasyMatch QC con el CMR-3048 en el ordenador y conéctalo al ColorFlex EZ como sensor.

B NORMALIZACIÓN

1. Antes de realizar la estandarización, instala la placa del puerto del vaso de muestra. Selecciona **ESTANDARIZAR** en el **MENÚ PRINCIPAL**. Pulsa **IR**.



2. Abre la caja de estándares y coloca el cristal negro en el puerto. Pulsa **«GO»**.




3. Coloca la baldosa blanca calibrada del instrumento en el puerto. Pulsa **GO**.



Ahora tu instrumento está listo para leer muestras.

C MUESTRAS DE LECTURA

1. Seleccione **«READ»** en el **MENÚ PRINCIPAL** y, a continuación, pulse **«GO»**.




2. Pulsa la flecha **ARRIBA/ABAJO** para seleccionar una configuración de la lista. Pulsa **«GO»** para continuar.



3. Vierta el producto de tomate procesado en un vaso de muestra hasta que esté lleno. Para un resultado óptimo, cubra el vaso de muestra con la tapa opaca. Pulse **«GO»** para **leer** el resultado.



4. Pulsa **«GO»** para leer y se mostrará la medición del color.



Para ver la siguiente puntuación del tomate, pulsa la flecha ARRIBA.

5. Pulsa la flecha **ABAJO** para **GUARDAR** la lectura en la memoria e **IMPRIMIR** la lectura en una impresora USB.



Para obtener instrucciones más detalladas sobre el uso del instrumento, consulte el Manual de usuario del ColorFlex EZ Tomato.

Visite **www.hunterlab.com** para obtener información sobre todos nuestros productos.

The world's true measure of color

HunterLab

A60-1016-345 ver 1.0